

Beatmungsgerät prismaVENT und Maske

Beatmungsgerät prismaVENT

- Wöchentlich: Sichtkontrolle des Filters
- Wöchentlich: Reinigung des Beatmungsschlauchs in einer milden Seifenlauge und mit klarem Wasser nachspülen
- Monatlich: Wechsel des Pollenfilters (weißer Filter)
- Monatlich: Reinigung des grauen Luftfilters unter fließendem Wasser und über Tag trocknen lassen
- Alle 6 Monate: Wechsel des grauen Filters

Atemgasbefeuchter prisma AQUA

- Zum Befüllen der Befeuchterkammer bitte stilles, kalkarmes Wasser verwenden
- Das Wasser der Befeuchterkammer täglich wechseln
- Wöchentlich: Befeuchterkammer gründlich reinigen und bei Bedarf entkalken

Maske

- Maske täglich mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Wöchentlich: Maske gründlich in einer Seifenlauge (kein Geschirrspülmittel) reinigen.

Verbrauchs- materialien

Neue Verbrauchsmaterialien können unter 09193 – 507 106-90 oder per E-Mail an info@novamed.de bestellt werden.

Technischer Service

nova:med wird sich zur Vereinbarung eines Wartungstermins Ihres Gerätes gemäß den Herstellerangaben mit Ihnen in Verbindung setzen.

nova:med

nova:med GmbH & Co. KG
Schwarzenbacher Ring 5
91315 Höchstadt

Telefon: 0 91 93/507 106 - 0
Fax: 0 91 93/507 106-50

E-Mail: info@novamed.de
www.novamed.de