Datum: 09.12.2022

Bestätigung Flugzeugmitführung portabler Sauerstoffkonzentrator iGO2

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestätigen wir die Erfüllung der Norm RTCA / DO-160G Abschnitt 21 Kategorie M und Abschnitt 20 Kategorie T - gemäß Nachweis des Herstellers erfüllt dieses Gerät alle anwendbaren FAA-Aufnahmekriterien für portable Sauerstoffkonzentratoren und deren Verwendung in einem Flugzeug.
Die entsprechenden Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung unter Symboldefinitionen, oder unter dem Abschnitt „Technische Daten".

Für den portablen Sauerstoffkonzentrator iGo2 wird ein Lithium-Ionen-Akku mit den folgenden Spezifikationen verwendet:

Akku Typ:	RRC2040-2
Wattstunden:	72 Wh
Kapazität:	6.400 mAh
Spannung:	11,25 Vdc
Gewicht:	336g

Mit freundlichen Grüßen

Dirk Rittmüller
Category Director Respiratory

DeVilbiss Healthcare GmbH
Kamenzer Straße 3
68309 Mannheim
Deutschland

Tel.: + 49 (0) 6 21 / 1 78 98 - 0
Fax: + 49 (0) 6 21 / 1 78 98 - 220
Email: germany@drivedevilbiss-int.com
www.drivedevilbiss-int.com

Deutsche Bank Heidelberg
Kto.: 131 070 500 BLZ: 672 700 03
IBAN: DE61672700030131070500
BIC: DEUTDESM 672

Handelsregister Mannheim
HRB-Nr.: 708518 Sitz: Mannheim
USt-IdNr.: DE 269054809
Gerichtsstand: Mannheim

Geschäftsführer
Oliver Niemann,
Timothy Walsh