Mobiler Sauerstoff-konzentrator

Checkliste

Empfehlung zur Anwendung

- Wöchentlich die Lüftungsschlitze absaugen/reinigen.
- Alle 4 Wochen die Nasenbrille entsorgen und durch eine Neue ersetzen.
- Das Gerät bei Nichtnutzung immer am Strom angeschlossen lassen.
- Das Gerät sollte mindestens 3 Stunden pro Woche genutzt werden. (Zur Aufrechterhaltung der Geräteleistung)
- Bei Aufbewahrung des Gerätes unter 0 Grad Celsius, das Gerät in eine wärmere Umgebung bringen und vor dem Starten aufwärmen lassen.

Vebrauchsmaterialien

Neue Verbrauchsmaterialien können unter 0 91 93/507 106 - 90 oder per E-Mail an kvs@novamed.de bestellt werden.

Technischer Service

nova:med wird sich zur Vereinbarung eines Wartungstermins Ihres Gerätes gemäß den Herstellerangaben mit Ihnen in Verbindung setzen.

Sie haben Fragen?
novamed.de/wissen

nova:med

nova:med GmbH
Schwarzenbacher Ring 5
91315 Höchstadt

Telefon: 0 91 93/507 106 - 0
Fax: 0 91 93/507 106 - 50
E-Mail: kvs@novamed.de

Checkliste mobiler Sauerstoff V4.0 OKT26 399/159