Beatmungsgerät prismaVENT und Maske

Checkliste

Beatmungsgerät prismaVENT

- Wöchentlich: Sichtkontrolle des Filters
- Wöchentlich: Reinigung des Beatmungsschlauchs in einer milden Seifenlauge und mit klarem Wasser nachspülen
- Monatlich: Wechsel des Pollenfilters (weißer Filter)
- Monatlich: Reinigung des grauen Luftfilters unter fließendem Wasser und über Tag trocknen lassen
- Alle 6 Monate: Wechsel des grauen Filters

Atemgasbefeuchter prisma AQUA

- Zum Befüllen der Befeuchterkammer bitte stilles, kalkarmes Wasser verwenden
- Das Wasser der Befeuchterkammer täglich wechseln
- Wöchentlich: Befeuchterkammer gründlich reinigen und bei Bedarf entkalken

Maske

- Maske täglich mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Wöchentlich: Maske gründlich in einer Seifenlauge (kein Geschirrspülmittel) reinigen.

Verbrauchsmaterialien

Neue Verbrauchsmaterialien können unter 0 91 93/507 106 - 90 oder per E-Mail an kvs@novamed.de bestellt werden.

Technischer Service

nova:med wird sich zur Vereinbarung eines Wartungstermins Ihres Gerätes gemäß den Herstellerangaben mit Ihnen in Verbindung setzen.

Sie haben Fragen?
novamed.de/wissen

nova:med

nova:med GmbH
Schwarzenbacher Ring 5
91315 Höchstadt

Telefon: 0 91 93/507 106 - 0
Fax: 0 91 93/507 106 - 50
E-Mail: kvs@novamed.de

Checkliste prismaVent und Maske V4.0 OKT26 399/143