Sauerstoff-konzentrator

Checkliste

Empfehlung zur Anwendung

- Alle 2 Wochen an der Rückseite des Sauerstoffkonzentrators die Lüftungsschlitze absaugen
- Alle 4 Wochen die Nasenbrille entsorgen und durch eine Neue ersetzen.
- Alle 12 Monate den Sauerstoffverbindungsschlauch entsorgen und erneuern
- Bei Erreichen des aufgedruckten Verfallsdatums das Feuerschutzventil entsorgen und erneuern

Verbrauchsmaterialien

Neue Verbrauchsmaterialien können unter 0 91 93/507 106 - 90 oder per E-Mail an kvs@novamed.de bestellt werden.

Technischer Service

nova:med wird sich zur Vereinbarung eines Wartungstermins Ihres Gerätes gemäß den Herstellerangaben mit Ihnen in Verbindung setzen.

Checkliste Sauerstoff V4.0 OKT26 399/141

Sie haben Fragen?
novamed.de/wissen

nova:med

nova:med GmbH
Schwarzenbacher Ring 5
91315 Höchstadt

Telefon: 0 91 93/507 106 - 0
Fax: 0 91 93/507 106 - 50
E-Mail: kvs@novamed.de